



Voor meer info raadpleeg:  
Dagziekenhuis Inwendige Ziekten

☎ 055 33 69 00

✉ verpleegpost.d2@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen  
of opmerkingen  
over deze brochure?  
We houden graag  
rekening met  
jouw suggesties!

## AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde  
T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95  
info@azoudenaarde.be

[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)



AZO/IDZ/315  
Laatst aangepast op 30/09/2019  
V.U.: AZ Oudenaarde

## INFORMATIE THUISVERPLEGING

HET DOORSPOELEN VAN  
EEN POORTKATHEDER

## Informatie voor patiënten



[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)  
Volg ons op



## ALGEMENE INFORMATIE

Deze informatiebrochure beschrijft de werkwijze voor het doorspoelen van een poortkatheter bij inactiviteit. Dit gebeurt om de 6 à 8 weken.

De poortkatheter kan worden gespoeld door de professionele zorgverleners in de thuiszorg of door de huisarts.

## WERKWIJZE

De poort wordt aangeprikt met een poortkatheternaald met aangepaste lengte (bv. Gripper®)

- ❖ Ontsmet de handen met handalcohol.
- ❖ Doe zo nodig niet-steriele handschoenen aan.
- ❖ Ontsmet de huid ter hoogte van de poortkatheter met een chloorhexidine-oplossing in alcohol.
- ❖ Prik de poort loodrecht aan.



- ❖ Controleer of er bloedaspiratie mogelijk is.



- ❖ Spoel de poortkatheter daarna pulserend met NaCl 0,9% 20 ml. Sluit af onder positieve druk: sluit de klem terwijl de laatste 3ml traag wordt ingespoten.
- ❖ Verwijder de naald en dek af met een verbandje.

## AANDACHTSPUNTEN

- ❖ Laat de patiënt tijdig weten wanneer er een voorschrift voor het spoelen van de katheter nodig is, zodat de patiënt dit kan vragen aan de behandelende arts.
- ❖ Zorg dat het nodige materiaal aanwezig is.
- ❖ Bij problemen kan je steeds contact opnemen met de afdeling waar de patiënt zijn therapie heeft ontvangen.