

Voor meer info raadpleeg:  
Dagziekenhuis inwendige ziekten  
Verpleegkundigen

T 055 33 69 00

E Verpleegpost.d2@azoudenaarde.be

## INFORMATIE THUISVERPLEGING

HET DOORSPOELEN VAN EEN  
POORTKATHETER

- Informatie -

AZO/IDZ/315  
V1.0



**AZ OUDENAARDE VZW**

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)



| [WWW.AZOUDENAARDE.BE](http://WWW.AZOUDENAARDE.BE) |

## ALGEMENE INFORMATIE

Deze informatiebrochure beschrijft de werkwijze voor het doorspoelen van een poortkatheter bij inactiviteit. Dit gebeurt om de 6 a 8 weken.

De poortkatheter kan worden gespoeld door de professionele zorgverleners in de thuiszorg of door de huisarts.

## WERKWIJZE

De poort wordt aangeprikt met een poortkatheter naald met aangepaste lengte (bv. Gripper<sup>®</sup>)

- ❖ Ontsmet uw handen met handalcohol.
- ❖ Doe zo nodig niet-steriele handschoenen aan.
- ❖ Ontsmet de huid ter hoogte van de poortkatheter met een chloorhexidine oplossing in alcohol.
- ❖ Prik de poort loodrecht aan.



- ❖ Controleer of er bloedaspiratie mogelijk is.



- ❖ Spoel de poortkatheter daarna pulserend met NaCl 0,9% 20 ml. Sluit af onder positieve druk: sluit de klem terwijl de laatste 3ml traag wordt ingespoten.
- ❖ Verwijder de naald en dek af met een verbandje.

## AANDACHTSPUNTEN

- ❖ Laat uw patiënt tijdig weten wanneer er een voorschrift voor het spoelen van de katheter nodig is, zodat de patiënt dit kan vragen aan de behandelend arts.
- ❖ Zorg dat het nodige materiaal aanwezig is.
- ❖ Bij problemen kan u steeds contact opnemen met de afdeling waar de patiënt zijn therapie heeft ontvangen.